



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

Wrocław, dnia 13.07.2022 r.

Nasz znak: **WIWgsp.272.04.2022**

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 4 / MODYFIKACJA SWZ

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**zakup sprzętu do badań ASF**” (*nr sprawy: WIWgsp.272.04.2022*), zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz modyfikuje treść SWZ na podstawie art. 137 ust. 1 i 2.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie komór laminarnych, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, których producent wykonuje pomiary sprawdzające (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), ale nie posiada akredytacji PCA na te pomiary?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy w zakresie Pakietu nr 4 Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

- **Pkt 17 Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

„17. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało udokumentowane sprawdzenie następujących parametrów:

- a) **miarę prędkości i jednorodności przepływu powietrza zgodnie z normą PN-EN ISO 14644-3 B.2 lub równoważną.**
- b) **określenie klasy czystości osiąganą w przestrzeni roboczej komory laminarnej; pomiar koncentracji cząstek stałych: wielkość mierzonych cząstek w zakresie 0,1 µm – 5 µm - metoda pomiarowa zgodnie z normą PN-EN ISO 14644-1 lub równoważną; liczba punktów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN ISO 14644-1 lub równoważną,**
- c) **potwierdzenie braku występowania nieszczelności w miejscu osadzenia filtra oraz braku uszkodzeń w tkaninie filtracyjnej filtra HEPA zgodnie z normą PN-EN ISO 14644-3 lub równoważną; minimalne stężenie cząstek nad filtrem zgodnie z normą PN-EN ISO 14644-3 lub równoważną, potwierdzenie braku występowania nieszczelności w miejscu osadzenia filtra oraz braku uszkodzeń w tkaninie filtracyjnej filtra HEPA zgodnie z normą PN-EN ISO 14644-3 B7 lub równoważną.”.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.

Z poważaniem,

Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
z up.

lek. wet. Wojciech Gadziński
Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii



INSPEKCJA WETERYNARYJNA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII WE WROCŁAWIU

ul. Januszowicka 48, 53-135 Wrocław; tel.: 71 367 70 16 / 17 fax: 71 367 76 47

e-mail: wiw@wroc.wiw.gov.pl www: <http://wroc.wiw.gov.pl>

Regon 000092686 NIP 896-10-00 867